

Số: *AL* /YCBG-BV

Lâm Đồng, ngày *16* tháng 07 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc mua máy siêu âm điều trị 2 đầu dò của Bệnh viện

Kính gửi: Các Quý công ty

Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở tổ chức mua sắm: **Mua máy siêu âm điều trị 2 đầu dò** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Ung Thị Bích Trâm

Chức vụ: Nhân viên phòng TC-KT

Số điện thoại: 0252.3830241

Email: binhthuan.bvyhct.ketoan1@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp báo giá hoặc nhận qua email

Hồ sơ bao gồm:

- Báo giá: ký tên, đóng dấu, có giáp lai
- Hồ sơ báo giá được bỏ trong bì thư và dán niêm phong bao gồm: Công văn báo giá (ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá). Bên ngoài bì thư ghi rõ yêu cầu báo giá: **"Máy siêu âm điều trị 2 đầu dò"**.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ ngày 16/07/2025 đến ngày 25/07/2025.**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa:

Stt	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Ghi chú/Yêu cầu kỹ thuật, cấu hình, chủng loại
01	Máy siêu âm điều trị 2 đầu dò	Cái	01	Máy siêu âm điều trị (2 đầu dò) Hãng sản xuất: XiangYu Medical Co.Ltd Xuất xứ: Trung Quốc Nguyên lý hoạt động Sử dụng hiệu ứng nhiệt, cơ học và tạo khí thực của siêu âm để thực hiện vật lý trị liệu không xâm lấn trên cơ thể con người. Siêu âm có thể làm nóng bên trong mô mềm, giãn mạch máu cục bộ, thúc đẩy lưu thông máu, tăng cường trao đổi chất, giảm co thắt cơ, tăng độ đàn hồi của mô liên kết, nhanh chóng làm giảm các triệu chứng như đau do chấn thương mô mềm và mở rộng phương pháp điều trị y học cổ truyền bằng cách kích thích kinh lạc và huyết đạo. Thông số kỹ thuật - Kích thước (dài, rộng, cao): 380×310×135mm. - Công suất đầu vào: 70VA. - Kênh đầu ra: đầu ra kênh đôi, có thể điều chỉnh độc lập. - Chế độ hiển thị: Màn hình LCD 5 inch, hỗ trợ điều khiển bằng một nút bấm. - Tần số âm hoạt động : kênh đầu ra 1- 1MHz, kênh đầu ra 2 -3MHz, dung sai $\pm 10\%$. - Chế độ đầu ra: bốn loại, liên tục, gián đoạn 1, gián đoạn 2, gián đoạn 3. - Đầu ra liên tục; - Gián đoạn 1: đầu ra 1 giây, tạm dừng 1 giây; - Gián đoạn 2: đầu ra 0,45 giây, tạm dừng 0,6 giây; - Gián đoạn 3: phát ra 0,25 giây, tạm dừng 0,4 giây. - Cường độ âm hiệu dụng: Đầu ra 1 kênh 0~1,5W/cm², bước 0,15W/cm²; Đầu ra 2 kênh 0~1,5W/cm², bước 0,3W/cm². - Khoảng thời gian: 1~30 phút, bước 1 phút. - Công suất đầu ra định mức 1 kênh là 6W, công suất đầu ra định mức 2 kênh là 3W. 2 đầu dò điều trị. - Vùng bức xạ hiệu dụng của kênh đầu ra 1: 4cm², vùng bức xạ hiệu dụng của kênh đầu ra 2: 2cm², dung sai $\pm 20\%$. - Hệ số không đồng đều của chùm tia: không

				lớn hơn 8,0. 13. Loại chùm tia: loại chuẩn trực. 14. Với chức năng bảo vệ quá nhiệt. 15. Tiêu chuẩn: Iso 9001, Iso 13485 Phạm vi ứng dụng: Thích hợp để điều trị phụ trợ bệnh thấp khớp, viêm khớp dạng thấp, đau cổ, vai, thắt lưng và chân, chấn thương mô mềm cấp tính và mãn tính và các bệnh về xương khớp.
--	--	--	--	--

2. Báo giá hợp lệ:

- Báo giá được nhận trực tiếp hoặc nhận qua mail trong thời gian quy định của thư mời chào giá.
- Báo giá phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.

3. Địa điểm giao, nhận hàng hóa:

- Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận.
- Địa chỉ: Lô 2A, Khu dân cư Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận được đơn dự trù của Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận.

Kính gửi đến các hãng sản xuất, nhà cung cấp đáp ứng và làm theo hướng dẫn đã nêu trên. *ngpham*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công TTĐT Bệnh viện;
- Lưu VT; KHTH; TCKT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Văn Mạnh