

Số: 53 /BV-TM

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 01 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán **Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2026 - 2027** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Ds Đỗ Xuân Ngọc

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 085.7601368

- Địa chỉ email: dsxuanngoc25@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng giao ban khoa Dược, Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng, vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

- Nhận qua email: dsxuanngoc25@gmail.com, nhận bằng file Excel và bảng Scan.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ 15h ngày 09 tháng 01 năm 2026 đến trước 17h ngày 19 tháng 01 năm 2026.**

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: **Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2026.**

Lưu ý: Đơn vị tham gia chào giá Hồ sơ chào giá được bỏ vào phong bì, niêm phong. Bên ngoài ghi rõ “ BẢO GIÁ GÓI THẦU..... – TÊN CÔNG TY”. Họ tên, địa chỉ, số điện thoại người liên hệ để theo dõi.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2026 - 2027 (Danh mục đính kèm)

2. Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Báo giá theo mẫu đính kèm thư mời chào giá này.
- Bảng báo giá có ký tên và đóng dấu đỏ.

Đề nghị Quý Công ty quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT đăng tải.
- Lưu: VT, KD, TC-KT(4).


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Tùng

MÃU

Tên nhà thầu:.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:.....
Gói thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2026 - 2027.



BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận.

Theo thư mời chào giá số:/BV-TM ngày/01/2026. Chúng tôi(Ghi tên công ty) . Xin gửi đến quý bệnh viện báo giá và thông tin hàng hóa như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (đồng)
1										
2										
...										
Tổng cộng:										

Chúng tôi cam kết những nội dung trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về đầu thầu. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2026.

....., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN - PHỤC
HỘI CHỨC NĂNG BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC MUA SẴM HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM NĂM 2026 - 2027

(Kèm theo Thư mời số 53 /BV-TM ngày 09/01/2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận)

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa	Quy cách	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng kế hoạch	Địa điểm thực hiện
1	Minidil LMG	- Thuốc thử dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng. - Là dung dịch đệm đẳng trương để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để đếm các tế bào máu và đo hematocrit trên các máy đếm tế bào máu của HORIBA Medical. Tương thích và chạy ổn định trên máy Huyết học ABX Micros ES60 của Bệnh viện.	10 lít/thùng	G7	Thùng	50	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
2	Minilean	- Thuốc thử dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng. - Là dung dịch enzym để sử dụng trong chẩn đoán in vitro với tác dụng thủy phân protein để làm sạch các máy đếm tế bào máu của HORIBA Medical. Tương thích và chạy ổn định trên máy Huyết học ABX Micros ES60 của Bệnh viện.	01 lít/bình	G7	Bình	50	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.

3	Minilyse	- Thuốc thử dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng. - Là dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để ly giải hồng cầu (RBC) cho việc đếm bạch cầu (WBC) và phân loại bạch cầu và xác định hemoglobin trên các máy đếm tế bào máu của HORIBA Medical. Tương thích và chạy ổn định trên máy Huyết học ABX Micros ES60 của Bệnh viện.	01 lít/bình	G7	Bình	50	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
4	Minolair	- Thuốc thử dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng. - Là dung dịch hóa học để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để làm sạch máy đếm tế bào máu của HORIBA Medical. Tương thích và chạy ổn định trên máy Huyết học ABX Micros ES60 của Bệnh viện.	500 ml/bình	G7	Bình	10	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
5	Minotrol 16 Twim-pack (H)	- Thành phần gồm: Minotrol 16 có chứa tế bào bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và thrombocytes (PLT) của động vật có vú trong một chất lỏng như huyết tương. - Là hóa chất nội kiểm huyết học 3 thành phần bạch cầu (mức cao). Tương thích và chạy ổn định trên máy Huyết học ABX Micros ES60 của Bệnh viện.	1x 2,5ml	G7	Ống	12	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.

6	Minotrol 16 Twim-pack (L)	- Thành phần gồm: Minotrol 16 có chứa tế bào bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và thrombocytes (PLT) của động vật có vú trong một chất lỏng như huyết tương. - Là hóa chất nội kiểm huyết học 3 thành phần bạch cầu (mức thấp). Tương thích và chạy ổn định trên máy Huyết học ABX Micros ES60 của Bệnh viện.	1x 2,5ml	G7	Ổng	12	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
7	Minotrol 16 Twim-pack (N)	- Thành phần gồm: Minotrol 16 có chứa tế bào bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và thrombocytes (PLT) của động vật có vú trong một chất lỏng như huyết tương. - Là hóa chất nội kiểm huyết học 3 thành phần bạch cầu (mức bình thường). Tương thích và chạy ổn định trên máy Huyết học ABX Micros ES60 của Bệnh viện.	1x 2,5ml	G7	Ổng	12	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
8	C-Creative Protein(CRP)	- 2 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. - Sử dụng để định lượng CRP trong huyết thanh. - Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	R1: 2 x 40 ml R2: 2 x 10 ml	Châu Âu	Hộp	12	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
9	CRP Calibrator	- Hóa chất dạng lỏng/đông khô. Hóa chất chuẩn máy sử dụng cho test CRP. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	1 ml/Lọ	Châu Âu	Lọ	12	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.

10	CRP Control High (CRP ConH)	- Hóa chất dạng lỏng/ đông khô. Hóa chất nội kiểm sử dụng cho test CRP mức cao. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	1 ml/Lọ	Châu Âu	Lọ	12	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
11	CRP Control Low (CRP ConL)	- Hóa chất dạng lỏng/ đông khô. Hóa chất nội kiểm sử dụng cho test CRP mức thấp. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	1 ml/Lọ	Châu Âu	Lọ	12	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
12	RF Calibrator Super high/RF Cal SH	- Hóa chất chuẩn máy sử dụng cho test RF, dạng lỏng. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	1 ml/Lọ	Châu Âu	Lọ	12	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
13	Rheumatoid Factor/RF	- 2 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. - Để định lượng RF trong huyết thanh. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	R1: 2x40ml R2: 2x8ml	Châu Âu	Hộp	12	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
14	RF Control/ RF Con	- Hóa chất nội kiểm sử dụng cho test RF, dạng lỏng. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	1 ml/Lọ	Châu Âu	Lọ	12	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.

15	Glucose	- 1 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. - Sử dụng để định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	10x44 ml	Châu Âu	Hộp	24	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
16	Urea	- 2 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. - Để định lượng Ure trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	R1: 5x44ml R2: 5x11ml	Châu Âu	Hộp	6	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
17	Creatinine	- 2 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. - Để định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	R1: 5x44ml, R2: 5x11ml	Châu Âu	Hộp	30	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
18	Uric Acid	- 2 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. - Để định lượng Uric Acid trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	R1: 5 x 44 ml; R2: 5 x 11 ml	Châu Âu	Hộp	24	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
19	Cholesterol	- 1 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. - Để định lượng Cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	10x44 ml	Châu Âu	Hộp	20	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.

20	Triglycerides	- 1 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. - Để định lượng Triglyceride trong huyết thanh, huyết tương. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	10x44 ml	Châu Âu	Hộp	20	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
21	HDL Direct	- 2 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. - Để định lượng HDL Cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	R1: 4x30 ml , R2: 4x10 ml	Châu Âu	Hộp	30	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
22	SGOT	- 2 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. - Sử dụng để định lượng AST/GOT trong huyết thanh hoặc huyết tương. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	R1: 6x 44 ml R2: 6x11 ml	Châu Âu	Hộp	30	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
23	SGPT	- 2 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. - Sử dụng để định lượng ALT/ GPT trong huyết thanh hoặc huyết tương. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	R1:6x 44 ml, R2:6x11 ml	Châu Âu	Hộp	30	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
24	GGT	- 2 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. - Sử dụng để định lượng GGT trong huyết thanh. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	R1:2x44 ml , R2:2x11 ml	Châu Âu	Hộp	30	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.

30	HbA1c Control Calibrator set	- Sử dụng để hiệu chuẩn cho các xét nghiệm HbA1c, dạng đông khô. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	5 x 0,5 ml	Châu Âu	Hộp	4	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
31	Wash	- Dung dịch dạng lỏng, pha loãng dùng để rửa công đo sau mỗi chu kỳ đo. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	4x100ml	Châu Âu	Hộp	48	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
32	Calcium (A) (CA 120)	- Thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. - Sử dụng để định lượng Calcium trong huyết thanh / huyết tương hoặc nước tiểu. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	10x12 ml	Châu Âu	Hộp	8	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
33	Autowash AC/AL	Dung dịch dạng lỏng (Acid/ Baso), pha loãng dùng để rửa công đo định kỳ. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. Tương thích và chạy ổn định trên máy sinh hóa Erba XL200 của Bệnh viện.	R1: 5x44 ml R2: 5x44 ml	Châu Âu	Hộp	8	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
34	Hóa chất điện giải Biocare	- Dạng lỏng. Đóng gói dạng tích hợp gồm: Cal A - 400ml; Cal B - 150ml; Reference Solution -200ml. Bảo quản ở nhiệt độ 15-30°C.	750ml/hộp	Châu Á	Hộp	12	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.

35	Dung dịch rửa máy	- Dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng. Dùng để rửa máy hàng ngày.	50ml	Châu Á	Hộp	6	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
36	Dung dịch rửa điện cực Na	- Dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng. Để rửa điện cực Na.	100ml	Châu Á	Hộp	6	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
37	Que thử nước tiểu 10 thông số	- Que thử nước tiểu đo được 10 thông số gồm: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, tỷ trọng, Ketone, Bilirubin, Glucose. Sử dụng tương thích với máy Clinitek Status.	100 test/hộp	G7	Que	18.000	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
38	Test thử đường huyết HbA1c	- Que thử đường huyết HbA1c. - Tương thích và chạy ổn định trên máy CLOVER-A1c SELF của Bệnh viện.	10 test/hộp	Châu Á	Test	900	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
39	Month check	- Que kiểm tra máy chạy đường huyết HbA1c hàng tháng. - Tương thích và chạy ổn định trên máy CLOVER-A1c SELF của Bệnh viện.	1 test/gói	Châu Á	Test	12	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.

40	Daily check	- Que kiểm tra máy chạy đường huyết HbA1c hàng ngày. - Tương thích và chạy ổn định trên máy CLOVER-A1c SELF của Bệnh viện.	1 test/gói	Châu Á	Test	12	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
41	Test H.Pylori Device	- Phát hiện định tính kháng thể kháng H.Pylori trong huyết thanh hoặc huyết tương.	25 Test/hộp		Test	440	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
42	Test HBsAg 3mm	- Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương.	50 Test/hộp		Test	440	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
43	Chương trình ngoại kiểm huyết học (RQ9140)	- Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng trên 10 thông số công thức máu hoặc tương đương -Chương trình bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas. Bảo quản 2-8 oC.	Hộp/3 x 2 ml	G7	Hộp	12	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
44	Chương trình ngoại kiểm sinh hóa (RQ9128)	- Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng trên 50 thông số hoặc tương đương -Chương trình bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas. Bảo quản 2-8 oC.	Hộp/6 x 5 ml	G7	Hộp	6	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.

45	Human Asy Control level 3	- Hóa chất nội kiểm sinh hóa mức 3, dạng đông khô, pha loãng trước khi sử dụng.	5 ml /Lọ	G7	Lọ	40	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
46	Human Asy Control level 2	- Hóa chất nội kiểm sinh hóa mức 2, dạng đông khô, pha loãng trước khi sử dụng.	5 ml /Lọ	G7	Lọ	40	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
47	Chương trình ngoại kiểm Tổng phân tích nước tiểu	- Chương trình ngoại kiểm Niệu đáp ứng 14 thông số tổng phân tích nước tiểu hoặc tương đương -Chương trình bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas. Bảo quản 2-8 oC.	Hộp/3 x 12 ml	G7	Hộp	8	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
48	Nội kiểm Tổng phân tích nước tiểu mức 1 (URINALYSIS CONTROL LEVEL 1)	- Chất chuẩn được thiết kế sử dụng để kiểm tra chất lượng của xét nghiệm nước tiểu bằng que thử. Sản phẩm này cung cấp dải giá trị tham chiếu cho 13 thông số trên que thử nước tiểu.	Hộp/12 x 12 ml	G7	Hộp	20	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
49	Nội kiểm Tổng phân tích nước tiểu mức 2 (URINALYSIS CONTROL LEVEL 2)	- Chất chuẩn được thiết kế sử dụng để kiểm tra chất lượng của xét nghiệm nước tiểu bằng que thử. Sản phẩm này cung cấp dải giá trị tham chiếu cho 13 thông số trên que thử nước tiểu.	Hộp/12 x 12 ml	G7	Hộp	20	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.

50	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, Ca, Li (EasyLyte Na/K/Cl/Ca/Li Solutions Pack, 800mL)	Pack EasyLyte Na/K/Cl/Ca/Li Solutions Pack sử dụng cho việc xác định định lượng của các ion Natri (Na^+), Kali (K^+), Clorua (Cl^-), Canxi (Ca^{2+}) và Lithium (Li^+) trong huyết thanh, huyết tương người, máu toàn phần và nước tiểu (kết quả nước tiểu chỉ có thông số Na^+ , K^+ và Cl^-) bằng máy xét nghiệm điện giải EasyLyte expand. Thành phần: Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L Na^+ ; 4.0 mmol/L K^+ ; 125.0 mmol/L Cl^- ; 1.25 mmol/L Ca^{2+} ; 1.00 mmol/L Li^+ ; Buffer; Chất bảo quản; Wetting Agent Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na^+ ; 16.0 mmol/L K^+ ; 41.0 mmol/L Cl^- ; 2.50 mmol/L Ca^{2+} ; 0.40 mmol/L Li^+ ; Buffer Chất bảo quản; Wetting Agent Wash Solution, 80mL 0.1 mol/L Ammonium bifluoride Waste Container	800ml/hộp	G7	Hộp	24	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
51	IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm điện giải (Daily Cleaning Solution Kit)	Dung dịch làm sạch hàng ngày để loại bỏ các cặn protein trên các máy xét nghiệm điện giải, khí máu hãng Medica/Mỹ (Có Ammonium Bifluoride) Thành phần 1 hộp gồm: - Daily Cleaner Diluent- Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml HCl (0.2 N), NH_5F_2 (0.05N) và muối. - Daily Cleaner Powder - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ, pepsin 0.5g	1 lọ Rinse 90 ml + 6 lọ Pepsin	G7	Hộp	20	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
52	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các thông số điện giải (Tri-Level Quality Control Kit)	Dung dịch kiểm chuẩn cho các xét nghiệm phân tích điện giải (bao gồm test Na^+ , K^+ , Cl^- , Li^+ , Ca^{2+} , pH) với 3 mức: bình thường, cao và thấp. Gồm dung dịch muối, chất đệm, albumin bò, chất bảo quản.	3 x 10 ml	G7	Hộp	12	Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A, KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.