

Số: 539/TM-BV

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc Máy Xét nghiệm điện giải

Kính gửi: Các Công ty, Đơn vị cung cấp

Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: Mua sắm máy xét nghiệm điện giải, thư mời các nhà thầu tham gia cho báo giá, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Văn thư phòng Tổ chức – Hành chính. Số điện thoại: (0252) 3823439 - 0984300566, Email: bt.bvyhct.hc@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại: Văn thư phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận, theo địa chỉ: Lô 2A - KDC Hùng Vương, đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Lưu ý: Báo giá đã ký, đóng dấu và ngoài bì thư ghi rõ “**Máy xét nghiệm điện giải**”

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 25/3/2026 đến 17h00 ngày 6/4/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục thiết bị y tế và yêu cầu tính năng kỹ thuật (chi tiết theo phụ lục đính kèm thư mời báo giá)

2. Nội dung báo giá lưu ý

- Báo giá phải có thông tin: Tên Công ty, đơn vị; địa chỉ; điện thoại; mã số thuế; thể hiện địa danh, ngày tháng năm của Báo giá.

- Báo giá theo đơn vị tính của hàng hóa và tính theo đồng Việt Nam.

- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).

Kính đề nghị các công ty, đơn vị cung cấp quan tâm gửi báo giá về Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận.

Trân trọng cảm ơn ! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, TC-HC, Chi.



Nguyễn Thanh Tùng



**PHỤ LỤC DANH MỤC
MÁY XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI**

(Đính kèm ~~thư mời số 29~~ /TM-BV ngày 25 tháng 3 năm 2026
Của Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận)

STT	Danh mục	Quy cách/ Tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy xét nghiệm điện giải	- Máy xét nghiệm Điện giải - Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương ✓ Năm sản xuất : Năm 2025 trở về sau, mới 100% ✓ Hãng sản xuất: Medical – Mỹ ✓ Model: EasyLyte EXPAND Yêu cầu chung: Thông số đo: Na, K, Cl, Ca Cấu hình chuẩn: ➤ Máy chính: 01 chiếc ➤ Giấy in nhiệt: 02 cuộn ➤ Hóa chất ban đầu Solution pack 800ml hoặc tương đương: 01 hộp ➤ Dung dịch rửa: 1 hộp ➤ Điện cực quy chiếu: 01 cái ➤ Điện cực Na+: 01 cái ➤ Điện cực K+: 01 cái ➤ Điện cực Cl-: 01 cái ➤ Điện cực Ca2+: 01 cái ➤ Cấp nguồn: 01 cái ➤ Bộ bảo trì, vệ sinh máy: 01 bộ <i>Các linh kiện đi kèm:</i> + Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng anh): 01 quyển Đặc điểm kỹ thuật: - Đưa ra quyết định chắc chắn với kết quả nhanh chóng và chính xác trong 4 thông số trong mẫu - Tương thích với huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần - Yêu cầu đào tạo tối thiểu với giao diện trực quan Yes/No - Hiệu chuẩn tự động và theo yêu cầu - Tự động lau đầu kim - Thuốc thử và chất thải được chứa thuận tiện trong một gói đa dụng - Điện cực dùng 1 lần không cần bảo trì Thông số kỹ thuật: Phân loại CLIA : Mức độ phức tạp vừa phải Cấu hình: Na+/K+/Cl-/Ca++	Máy	01

STT	Danh mục	Quy cách/ Tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Số lượng
		Thời gian phân tích: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần: ≤ 60 giây Nước tiểu: ≤ 90 giây Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần hoặc mẫu nước tiểu Kích thước mẫu: 100 µL máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hoặc 400 µL nước tiểu pha loãng (1:10) Nhiệt độ mẫu: Nhiệt độ môi trường (15-32°C) Phương pháp: Trực tiếp (không pha loãng) đo lường bằng điện cực Ion chọn lọc (ISE) Hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn tự động 1 điểm với mọi mẫu hoặc theo yêu cầu tự động hiệu chuẩn 2 điểm sau 4 giờ Đầu ra: 128 x 64 pixel độ phân giải màn hình Cổng nối tiếp (RS-232 tùy chọn) Điều kiện môi trường xung quanh: 15-32°C (60-90°F), <85% độ ẩm Nguồn điện: 100-240 VAC 50/60 Hz 0.8A (Số seri máy bắt đầu chữ "C") Kích thước: 9.5" (W) x 16.5" (H) x 8.0" (D); 24 cm (W) x 42 cm (H) x 20 cm (D) Trọng lượng: 13lbs; 5.8 kg Lưu trữ dữ liệu bệnh nhân: 125 kết quả QC: Bình thường: 20 kết quả; Thấp: 20 kết quả; Cao: 20 kết quả Kết nối ngoài: Với cổng LIS (Cổng nối tiếp), cổng USB		