

Số: 1646/YCBG-BV

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 8 năm 2026.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc mua Máy xét nghiệm Sinh hóa tự động các loại, Máy ly tâm

Kính gửi: Các Quý Công ty

Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua Máy xét nghiệm Sinh hóa tự động các loại, Máy Ly tâm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Mai Thị Vân Anh

Chức vụ: Nhân viên phòng TC-HC

Số điện thoại - 0252.3823439

Email: bt.bvyhct.hc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận báo giá qua email hoặc trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận, tại số: Lô 2A, KDC Hùng Vương, đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Hồ sơ bao gồm:

- Bảng báo giá có ký tên, đóng dấu (bản chính) của Công ty/ Đơn vị cung cấp (ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, đơn giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác (nếu có)); Giấy phép kinh doanh để chứng minh lĩnh vực báo giá.

- Catolog và các tài liệu liên quan đến thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có)

- Hồ sơ báo giá được bỏ trong bì thư và dán kín. Bên ngoài ghi rõ: “Bảng báo giá Máy xét nghiệm Sinh hóa tự động các loại, Máy ly tâm ”

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày **21/8/2026 đến 16 giờ ngày 03/9/2026**.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **90 ngày** kể từ ngày **03/9/2026**

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn tối thiểu hoặc tương đương	ĐVT	Tổng số lượng
1	Máy xét nghiệm Sinh hóa tự động các loại	Tiêu chuẩn : ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương Năm sản xuất : Năm 2025 trở về sau , mới 100% Xuất xứ: Châu Âu hoặc G7 I. Yêu cầu chung: Hệ thống máy sinh hóa có hóa chất mở, sử dụng được các hãng hóa chất khác nhau trên thị trường. - Máy mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương II. Yêu cầu cấu hình: - Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Máy tính: 01 bộ - Máy in: 01 chiếc - Bộ lưu điện: 01 bộ - Bộ lọc nước: 01 bộ - Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ III. Chỉ tiêu kỹ thuật: 1. Máy chính - Máy phân tích sinh hóa tự động hoàn toàn, truy nhập ngẫu nhiên với khả năng làm xét nghiệm cấp cứu - Công suất tối đa: ≥ 400 xét nghiệm sinh hóa/giờ - Hỗ trợ các loại xét nghiệm: tối thiểu gồm điểm cuối, động học - Phương pháp phân tích: tối thiểu gồm so màu, miễn dịch đo độ đục, phản ứng ngưng kết latex. - Số lượng xét nghiệm cài được trên máy: ≥ 110 xét nghiệm - Số vị trí để mẫu thử: ≥ 100 vị trí - Khoang hóa chất: ≥ 70 vị trí - Kim hút hóa chất và bệnh phẩm riêng biệt	Hệ thống	01

		- Cuvette được làm bằng thủy tinh vĩnh cửu hoặc tương đương, - Làm được đồng thời ≥ 50 loại xét nghiệm sinh hóa - Hệ thống phân phối mẫu: tối thiểu có chức năng nhận biết mức chất lỏng và nhận biết tắc. - Có chức năng tự động rửa cuvette - Hệ thống quang học: + Nguồn sáng: Đèn Halogen hoặc tốt hơn + ≥ 13 bước sóng và dùng cách tử + Dải phổ: từ ≤ 340 nm đến ≥ 800 nm + Dải hấp thụ từ 0 đến $\geq 3,0$ OD * Hiệu chuẩn (Calibration) + Có chức năng tự động hiệu chuẩn + Có chức năng lưu trữ đồ thị hiệu chuẩn đã được thực hiện * Kiểm chuẩn (Quality control) + Quy trình chuẩn: Luật Westgard, đồ thị 2 điểm và đồ thị Levey-Jennings hoặc tương đương + Có chức năng tự động QC IV. Yêu cầu khác Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng: Nhà thầu có trách nhiệm lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại đơn vị trực tiếp sử dụng Thời gian cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: Tối thiểu 10 năm		
2	Máy ly tâm	- Máy ly tâm ống nghiệm ≥ 28 ống. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Xuất xứ: Châu Âu hoặc G7	Máy	01

		<table><tr><th colspan="2">Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản</th></tr><tr><th>I</th><th>Yêu cầu chung</th></tr><tr><td>1</td><td> - Thiết bị đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc tương đương - Cam kết thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ , Packing List, các giấy tờ hải quan (đối với hàng hoá nhập khẩu) </td></tr><tr><td>2</td><td> - Có các giấy tờ hợp pháp liên quan đến hàng hoá cung cấp, được cơ quan có thẩm quyền cấp. </td></tr><tr><th>II</th><th>Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết</th></tr><tr><td></td><td> - Loại ≥ 28 ống, Rottor vắng - Tốc độ ly tâm cực đại từ 500 đến ≥ 6.000 vòng/phút - Adapter sử dụng cho ống 5ml. - Có chế độ mở nắp khẩn cấp - Nhận diện rottor tự động - Màn hình hiển thị các thông số theo dõi - Chế độ kiểm soát không cân bằng - Có thể lựa chọn nhiều loại Rottor khác nhau </td></tr></table>	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản		I	Yêu cầu chung	1	- Thiết bị đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc tương đương - Cam kết thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ , Packing List, các giấy tờ hải quan (đối với hàng hoá nhập khẩu)	2	- Có các giấy tờ hợp pháp liên quan đến hàng hoá cung cấp, được cơ quan có thẩm quyền cấp.	II	Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết		- Loại ≥ 28 ống, Rottor vắng - Tốc độ ly tâm cực đại từ 500 đến ≥ 6.000 vòng/phút - Adapter sử dụng cho ống 5ml. - Có chế độ mở nắp khẩn cấp - Nhận diện rottor tự động - Màn hình hiển thị các thông số theo dõi - Chế độ kiểm soát không cân bằng - Có thể lựa chọn nhiều loại Rottor khác nhau		
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản																
I	Yêu cầu chung															
1	- Thiết bị đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc tương đương - Cam kết thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ , Packing List, các giấy tờ hải quan (đối với hàng hoá nhập khẩu)															
2	- Có các giấy tờ hợp pháp liên quan đến hàng hoá cung cấp, được cơ quan có thẩm quyền cấp.															
II	Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết															
	- Loại ≥ 28 ống, Rottor vắng - Tốc độ ly tâm cực đại từ 500 đến ≥ 6.000 vòng/phút - Adapter sử dụng cho ống 5ml. - Có chế độ mở nắp khẩn cấp - Nhận diện rottor tự động - Màn hình hiển thị các thông số theo dõi - Chế độ kiểm soát không cân bằng - Có thể lựa chọn nhiều loại Rottor khác nhau															
		TỔNG CỘNG: 02 MẶT HÀNG														

2. Báo giá hợp lệ:

- Báo giá được nhận trực tiếp hoặc nhận qua email trong thời gian quy định của yêu cầu báo giá.

- Báo giá được tính theo đồng Việt Nam
- Báo giá phải có đầy đủ các thông tin theo hồ sơ yêu cầu nêu trên.
- Báo giá phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.

3. Địa điểm giao nhận hàng hóa:

Bệnh viện Y học Cổ truyền – Phục hồi Chức năng Bình Thuận, tại số: Lô 2A, KDC Hùng Vương, đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Kính gửi đến các hãng sản xuất, nhà cung cấp đáp ứng và làm theo hướng dẫn đã nêu tại các yêu cầu này. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, KITH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Thanh Tùng